

هایلکسا سافت

فیلر هیالورونیک اسید

هایلکسا سافت با توجه به فرمولاسیون خاص خود دارای رئولوژی و خاصیت ارتجاعی مناسب به منظور اصلاح فرورفتگی های کوچک تا متوسط پوست توصیه می شود و می توان از آن در نواحی اطراف دهان، اطراف چشم، خطوط اخم، پنجه کلاغی، زیر چشم و همچنین بین ابروها استفاده نمود.

اطلاعات محصول

دستورالعمل‌ها

هایلکسا® سافت ژل حاوی اسید هیالورونیک کراس لینک شده (با پیوند شبکه ای)، استریل و عاری از عوامل تب زا و عفونی است. این محصول زیست تخریب پذیر، زیست سازگار و با منشا غیرحیوانی (عدم حساسیت زایی) است. همچنین در این محصول از لیدوکائین هیدروکلراید به منظور کاهش درد، حین و پس از تزریق استفاده شده است.

ترکیبات:

- هیالورونیک اسید کراس لینک شده – 22 میلی‌گرم/1.1میلی‌لیتر
- لیدوکائین هیدروکلراید – 3.3 میلی‌گرم/1.1 میلی‌لیتر
- بافر فسفات (pH برابر با 7) – 1.1 میلی لیتر

هایلکسا® سافت به صورت سرنگ شیشه ای از پیش پر شده یکبار مصرف (PFS) و استریل شده توسط اتوکلاو ارائه می‌شود. هر بسته حاوی یک دفترچه راهنما، یک سرنگ، دو برچسب با قابلیت پیگیری محصول (یک عدد برای تحویل به بیمار و یک عدد برای درج در پرونده) و دو سر سوزن یکبار مصرف 30 G 2/1 استریل شده توسط اشعه می باشد.

موارد مصرف:

هایلکسا® سافت یک محصول با کیفیت بالا و ساخته شده طبق اصول GMP است که جهت تزریق به منظور ترمیم حجم و پر کردن چین و چروک‌های ریز تا متوسط پوستی طراحی شده است. این محصول برای پر کردن فرورفتگی‌های پوستی ریز تا متوسط در موارد زیر به کار برده می شود:

- چروک های اطراف دهان
- چروک های دور چشم

- خطوط پیشانی
- خطوط پنجه کلاغی
- خطوط بین ابروها (خط اخم)

روش استفاده

- به منظور به حداقل رساندن عوارض احتمالی و از آنجا که دقت برای یک درمان موفقیت‌آمیز ضروری است، تزریق این محصول باید توسط پزشکان مجرب و آشنا با آناتومی پوست و محل تزریق، انجام گیرد.
- قبل از تزریق، محل باید ضد عفونی شود.
- هوا را با فشار ملایم به سمت پایین پیستون خارج کنید تا مقدار کمی از محصول در نوک سوزن ظاهر شود.
- تزریق به آرامی و با کمترین فشار لازم، انجام شود.
- در صورت مسدود شدن سوزن، از افزایش فشار روی میله پیستون خودداری کرده، تزریق را متوقف و سوزن را تعویض کنید.
- پس از وارد کردن سوزن و قبل از تزریق،به منظور اطمینان از عدم ورود سوزن به داخل عروق، توصیه می شود پیستون را کمی بیرون بکشید تا آسپیراسیون انجام شود و از عدم ورود سوزن به داخل عروق مطمئن شد.
- در صورت بروز رنگ پریدگی غیر معمول در سطح پوست در هر زمان از تزریق، تزریق را متوقف کرده و تا به هنگام بازگشت به رنگ طبیعی، اقدامات مناسب مانند ماساژ دادن ناحیه تزریق انجام گردد.
- شدت و مدت ماندگاری تغییر، به عواملی مانند ویژگی های فرد ونقص اصلاح شده، میزان استرس وارد شده به بافت مورد نظر، عمق، و تکنیک تزریق بستگی دارد.
- مقدار تزریق با توجه به ناحیه تزریق، تجربه و صلاحدید پزشک تعیین می گردد.

نحوه قرارگیری سر سوزن بر روی سرنگ:

- به منظور استفاده ی بهینه از محصول، درستی قرارگیری سر سوزن، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مرحله 1: مطابق شکل (A)، درپوش سرنگ را خارج کنید.

مرحله 2: مطا بق شکل (B)، بعد از وارد کردن سوزن به درون سرنگ، بدنه سرنگ را نگه داشته، انتهای سوزن را محکم در انتهای LUER-LOCK سرنگ قرار داده و سوزن را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت محکم کنید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد. (مانند شکل C)

توجه: چنانچه درپوش سوزن مطابق شکل (D) به درستی قرار نگرفته، محکم کردن را ادامه دهید تا سوزن در موقعیت مناسب قرار گیرد.

مرحله 3: مطابق شکل (E)، بدنه سرنگ را در یک دست و درپوش سوزن را در دست دیگر نگه دارید. بدون چرخاندن، سرنگ را در جهت مخالف کشیده و درپوش سوزن را خارج کنید.

مراقبت های بعد از تزریق:

- به مدت یک روز، از استفاده از هرگونه مواد آرایشی، مرطوب کننده، و یا پاک کننده پوستی، خودداری شود.
- به مدت دو هفته، از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش و همچنین آب داغ، شدیدا خودداری شود.
- استفاده از کمپرس سرد در صورت نیاز و با صلاحدید پزشک، بلامانع می باشد.
- به مدت یک روز، هنگام خواب، سر به سمت بالا قرار داده شود.
- از ورزش های سنگین خودداری شود.
- یک ماه قبل و بعد از تزریق، از تزریق هر گونه واکسن خودداری شود.
- به مدت یک هفته از استحمام با آب بسیار داغ و سونا خودداری شود.

عوارض جانبی:

- برخی از عوارض جانبی احتمالی ناشی از استفاده از این محصول که ممکن است فورا یا با تأخیر رخ دهد، و بیمار باید از آن ها مطلع گردد شامل موارد زیر می باشد:

- ادم
- تورم
- اریتم
- هماتوم
- خارش
- قرمزی پوست
- خون ریزی
- کهیر
- درد یا حساسیت به لمس در محل تزریق
- سفتی یا گره در محل ایمپلنت
- آمبولی و نکروز جلدی
- دیسکرومی (تغییر رنگ) در محل تزریق

- درصورت بروزهرگونه واکنش‌های التهابی (یا هر عارضه جانبی دیگری)، که بیش از یک هفته ادامه یابد، سریعا به پزشک اطلاع داده شود.

- هر گونه عوارض جانبی دیگر باید به نماینده یا توزیع کننده محصول گزارش شود.

شرایط نگهداری:

این محصول باید در جای خشک و خنک، در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و خارج از یخچال نگهداری و از یخ زدگی و حرارت محافظت شود. همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف:

هایلکسا® سافت نباید به هیچ عنوان در موارد زیر مورد مصرف قرار گیرد:

- تزریق داخل عروقی
- تصحیح فرم‌دهی در ناحیه سینه و یا استفاده در نواحی تاندون، مفصل، استخوان و ماهیچه

هایلکسا® سافت نباید به هیچ عنوان در افراد زیر مورد مصرف قرار گیرد:

- بیماران با سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید و یا پروتئین‌های باکتریایی گرم مثبت (نوع استرپتوکوک)
- افرادی که در پوست ناحیه تزریق دچار التهاب و/یا عفونت هستند (مانند آکنه، تبخال و غیره) .
- افرادی که در ناحیه تزریق، لیزر، لایه برداری پوست و درمان مبتنی بر اولتراسوند انجام داده اند.
- افراد زیر 18 سال
- خانم های باردار و شیرده
- افراد مبتلا به صرع درمان نشده
- افراد مستعد به ایجاد اسکارهای هیپرتروفیک یا کلوئید یا اختلالات رنگدانه
- افراد مبتلا به پورفیری
- افراد با اختلالات انعقادی
- افراد مبتلا به یک بیماری خودایمنی فعال و یا افرادی که تحت ایمونوتراپی هستند.

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com

اطلاعات کامل و به‌روز محصول